

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022

Processo Administrativo E-DOC N° 8320/2022

ESCLARECIMENTO N° 02

DÚVIDAS:

1 – PREVENTIVA – Terá uma preventiva pré determinada, exemplo, 1 vez ao ano, cada equipamento receberá no mínimo 1 preventiva?

2 – CALIBRAÇÃO - Terá uma CALIBRAÇÃO pré determinada, exemplo, 1 vez ao ano, cada equipamento receberá no mínimo 1 CALIBRAÇÃO?

3 – TABELA DE PREÇOS – Os valores referente as peças, já fornecidos pelo edital, serão alvo de lances, ou serão fixos, como reserva para peças? Exemplo abaixo:

Item	Equipamentos	Unidade	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
08.05	BANHO DE AQUECIMENTO	Serviços	Preventiva Corretiva	2	R\$ 433,33	R\$ 866,66
08.06	FISATON/752	Materiais	Peças	1	R\$ 396,67	R\$ 396,67

4 – BACKUP – Equipamentos fornecidos como backup, em caso de parada longa, conforme item 6.2.5 do TR, são no máximo 12, mas gostaríamos que citasse quais seriam esses 12, pois senão, estamos falando em várias configurações de backup, exemplo, podem ser solicitados 12 phmetros em backup no primeiro mês, ai no segundo mês 5phmetros e 7 condutivímetros, no 3 mês pode ser solicitado, 2 ph 2 condutivímetro e 8 colorímetro? Se formos pensar dessa forma, sem uma listagem de equipamentos de backup, para atender ao contrato e nunca faltar, em qualquer tipo de solicitação para compor o quantitativo de 12, teríamos que ter 12 de cada um, o que seriam 60 equipamentos disponíveis para backup, ora que, podem solicitar 12 de um mesmo equipamento no mesmo mês, e no próximo, devolver esses 12 e solicitar 12 de outro. Gostaríamos de uma listagem, quantos de cada, assim, todos os licitantes, poderiam balizar o custo embutido no fornecimento dos backup. Da forma como está fica inviável ou os licitantes não terão o quantitativo total. Veja como está o texto:

Ou estamos falando de 12 backup para cada parâmetro? Ou seja 12 colorímetros, 12 aparelhos de turbidez, 12 cloro residual, 12 phmetros e 12 íon fluoreto?

6.2.5 – Para serviços de manutenção corretiva com prazo de execução estimado superior a 07 (sete) dias corridos, em equipamentos utilizados para as análises de Cor, Turbidez, pH, Cloro Residual Livre e íon Fluoreto, a contratada deverá fornecer equipamento sobressalente para substituição daquele que estiver fora de operação para manutenção, limitando o quantitativo a doze (12) equipamentos sobressalentes por parâmetro.

6.2.6 Os equipamentos sobressalentes devem possuir características analíticas compatíveis (resolução, faixa de operação, método analítico, etc) aos equipamentos substituídos.

- 1 - As manutenções preventiva corretiva e ou calibração estão programadas para uma vez por ano.
- 2 - As calibrações foram programadas juntos com as manutenções preventivas.
- 3 - Os valores de peças quanto os de serviços serão alvo de lance sim, entretanto, após o certame esses valores se tornam fixos, caso o equipamento venha necessitar de peças, será esse valor para aquisição, sem possibilidade de orçamento paralelo.
- 4 - Todos equipamento de bancada de uso diário, caso seja necessário sua retirada por mais de 7(sete) dias a contratada fica obrigada a repor outro com as mesmas características e em perfeito funcionamento. Verificar o prazo máximo de até 30(trinta) dias para devolução dos equipamentos em manutenção.

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira-DESO