

PREGÃO ELETRÔNICO 023/2022

Processo Administrativo nº 489/2022

ESCLARECIMENTO _3

Dúvidas: Item 7.3 do termo de referência está descrito os ensaios que deverão ser realizados no ato do recebimento dos hidrômetros. Na alínea j, é solicitado o levantamento do IDM, de no mínimo 99%:

j) Índice de Desempenho Metrológico (IDM) MÍNIMO DE 99% para o LOTE I, exigido após o ensaio de desgaste, conforme NBR 15.538/2014;

Pedimos esclarecimento em relação ao valor do IDM mínimo solicitado, uma vez que há inconsistências técnicas que inviabilizam para que o produto solicitado possa atingir esse índice, solicitamos assim, que seja aceito IDM mínimo de 93%.

Respostas: A Errata enviada em 25/03/2022, responderá aos questionamentos.

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira