

PREGÃO ELETRÔNICO 040/2022

Processo Administrativo E-DOC N° 4512/2022

ESCLARECIMENTO N° 03

DÚVIDAS:

Segue respostas do Gestor da GCVQ/DESO.

LOTE 01 – ITEM 07

O reagente deverá ser entregue em tubos de 16mm ou em frascos com reagente líquido? A faixa de análise poderá ser 0,02 - 2,50 mg/L NH₃-N? Deverá ser utilizado em algum equipamento específico?

R - Deverá ser conforme a especificação no edital.

LOTE 03 – ITEM 2

Será aceito validade na entrega de 8 meses?

R - Para um Produto solicitado com validade de 12 meses, a DESO aceita receber com validade de 10 meses desde que seja fabricado fora do Brasil (devido às dificuldades no processo de importação) e 11 para produtos fabricados no Brasil.

LOTE 03 – ITEM 7

Será aceito validade na entrega de 16 meses?

R - Para um Produto solicitado com validade de 24 meses, A DESO aceita receber com validade de 20 meses desde que seja fabricado fora do Brasil (devido às dificuldades no processo de importação) e 22 para produtos fabricados no Brasil.

LOTE 06 – ITEM 09

O código citado no edital e a descrição não são referentes ao mesmo produto. Poderia por favor informar qual dos 2 itens atende vossa solicitação?

Opção 1 - Conjunto de padrões secundários em gel utilizados somente para verificação da calibração nos turbidímetros modelos 2100N/TL2300/TL2310.

Composto por 5 ampolas de padrões em gel sendo: desvio de luz, 0-2 NTU, 0-20 NTU, 0-200 NTU e 200-4000 NTU

Opção 2 - Conjunto Padrões de Formazina Estabilizada StablCal® para calibração dos turbidímetros modelos 2100N, TL2300 e TL2310 da marca Hach.

O conjunto contém padrões das seguintes concentrações: <0,1, 20, 200, 1000 e 4000 NTU em ampolas seladas.

R - A opção 2, não diverge da finalidade do descrito no edital, portanto atende.

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO