

PREGÃO 044/2014

ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL

Dúvida: Favor esclarecer no item 07 (Jartest) consta: Velocidade de agitação: 10 a 240 RPM Gradiente de velocidade na faixa de 10 a 1200/s. Esses números estão incompatíveis, pois para velocidade de agitação até 240 RPM o gradiente de velocidade é de 10 a 900s.Favor verificar.

Resposta:

**ONDE SE LÊ:
VELOCIDADE DE AGITAÇÃO DE 10 A 240 RPM**

**LEIA-SE:
VELOCIDADE DE AGITAÇÃO DE 10 A 600 RPM**

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro - DESO