

PREGÃO ELETRÔNICO 033/2023

Processo Administrativo 6207/2023

ESCLARECIMENTO Nº 01

LOTE 2

DÚVIDA: O item 06 - Colorímetro Visual, se faz necessário a informação sobre os discos: quais os parâmetros, quais os métodos e quais as faixas operacionais para fornecimento dos mesmos que acompanha o equipamento.

RESPOSTA: PARÂMETRO FAIXA OPERACIONAL E MÉTODO

Cor de água 0,0–2,5–5,0–10–20–30–40–60–80–100 UN Platino/Cobalto

Cor de água 110–120–130–140–150–160–180–200–220–250 UN Platino/Cobalto

Cor de água 0,0–2,5–5–7,5–10–12,5–15–17,5–20–25 UN Platino/Cobalto

Cor de água 0,0–2,5–5–7,5–10–15–20–30–40–50 UN Platino/Cobalto

Cor de água 0,0–5–10–15–20–30–40–50–60–70 UN Platino/Cobalto

DÚVIDA: O item 07 - Consta inicialmente como Reator DQO para 25 tubos 21x16mm e 4x20mm, porém, nas especificações técnicas é solicitado para 30 tubos e a referência indicada, também é para 30 tubos. Poderia nos confirmar qual será realmente a necessidade? Se 25 ou 30 tubos?

RESPOSTA: Reator para digestão de DQO Com capacidade para 25 tubos de 16mm de diâmetro e 4 tubos de 20mm de diâmetro em um único equipamento. Capacidade total 29 tubos.

DÚVIDA: O item 10 - Banho Ultrassônico. Em contato com alguns fabricantes desse item, para as dimensões mencionadas no edital, corresponderia a um banho com capacidade em litragem inferior aos 10, solicitado no pregão. Gostaria de confirmar a informação referente a capacidade, se confirmado, as dimensões podem ser aproximadas?

RESPOSTA: Todas às dimensões são aproximadas, entretanto, a capacidade do equipamento não pode ser inferior a 7 litros

Atenciosamente,

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro