

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4415/2023-DESO, Datada de: 24/07/2023.**Unidade: SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO (SERTÃO) - DESO****Assunto: Registro de Preços, pelo menor preço por lote, no prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras aquisições de INSUMOS E PADRÕES DE CALIBRAÇÃO necessários ao monitoramento da qualidade da água realizado nos Laboratórios Simplificados das Estações de Tratamento de Água (ETAs) do interior do estado, por meio de análises Físico-Químicas em amostras de água coletadas nas diversas etapas do tratamento da água em Unidades Operacionais mantidas pela Companhia de Saneamento de Sergipe DESO.**

Página 1 de 3

1. APRESENTAÇÃO

A presente CI tem como objetivo analisar a proposta comercial da empresa arrematante dos Lote 02 e 03 do objeto do pregão eletrônico 53/2023, com relação ao atendimento às especificações técnicas dos itens que compõem o objeto do citado processo de aquisição, sendo a empresa Superlab Produtos Científicos LTDA a atual arrematante dos citados lotes.

2. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

Seguem nos Quadros I e II as avaliações da proposta feita pela empresa Superlab Produtos Científicos LTDA para os Lote II e III do Pregão Eletrônico 053/2023

Quadro I: Avaliação de proposta para o Lote II do PE 053/2023

LOTE II			
	Especificações – TR PE 053/2023	Proposta – Superlab Produtos Científicos LTDA	Atende as especificações?
2.1	Solução tampão de pH 10,00 colorida (azul)	Solução tampão de pH 10,00 colorida (azul) - Marca: Specsol.	Sim
2.2	Solução tampão de pH 7,00 colorida (amarela).	Solução tampão de pH 7,00 colorida (amarela) - Marca: Specsol.	Sim
2.3	Solução tampão de pH 4,00 colorida (vermelha).	Solução tampão de pH 4,00 colorida (vermelha) - Marca: Specsol.	Sim
2.4	Solução padrão colorida de platina cobalto 10 uH .	Solução padrão colorida de platina cobalto 10 uH – Marca: Specsol.	Sim
2.5	Solução padrão colorida de platina cobalto 100 uH .	Solução padrão colorida de platina cobalto 10 uH – Marca: Specsol.	Sim
2.6	Solução padrão colorida de platina cobalto 500 uH .	Solução padrão colorida de platina cobalto 10 uH – Marca: Specsol.	Sim

Quadro II: Avaliação de proposta para o Lote III do PE 053/2023

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4415/2023-DESO, Datada de: 24/07/2023.**Unidade: SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO (SERTÃO) - DESO**

Assunto: Registro de Preços, pelo menor preço por lote, no prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras aquisições de INSUMOS E PADRÕES DE CALIBRAÇÃO necessários ao monitoramento da qualidade da água realizado nos Laboratórios Simplificados das Estações de Tratamento de Água (ETAs) do interior do estado, por meio de análises Físico-Químicas em amostras de água coletadas nas diversas etapas do tratamento da água em Unidades Operacionais mantidas pela Companhia de Saneamento de Sergipe DESO.

Página 2 de 3

LOTE III			
	Especificações – TR PE 053/2023	Proposta – Superlab Produtos Científicos LTDA	Atende as especificações?
3.1	Indicador DPD, Reagente para determinação de Cloro Livre, em pastilhas. Referência: LaMotte Chlorine DPD #1 RAPID TesTabs 6999 AM ou de melhor qualidade	Indicador DPD, Reagente para determinação de Cloro Livre, em pastilhas. Referência: LaMotte Chlorine DPD #1 RAPID TesTabs 6999 AM	Sim
3.2	Pastilhas de tampão de pH 10 Referência: LaMotte Buffer Tablets 3985 AJ ou de melhor qualidade.	Pastilhas de tampão de pH 10 Referência: LaMotte Buffer Tablets 3985 AJ	Sim
3.3	Pastilhas de tampão de pH 7 Referência: LaMotte Buffer Tablets 3984 AJ ou de melhor qualidade	Pastilhas de tampão de pH 7 Referência: LaMotte Buffer Tablets 3984 AJ	Sim
3.4	Pastilhas de tampão de pH 4 Referência: LaMotte Buffer Tablets 3983 AJ ou de melhor qualidade.	Pastilhas de tampão de pH 4 Referência: LaMotte Buffer Tablets 3983 AJ	Sim

3. CONCLUSÕES

Diante das informações concluímos que as propostas feitas pela empresa Superlab Produtos Científicos LTDA para os Lotes II e III do Pregão Eletrônico 053/2023 atendem integralmente às especificações técnicas descritas no Termo de Referência do citado processo de aquisição.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Carlos Eduardo Oliveira Santos
Químico(a) Industrial

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Eduardo Oliveira Santos

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4415/2023-DESO, Datada de: 24/07/2023.

Unidade: SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO (SERTÃO) - DESO

Assunto: Registro de Preços, pelo menor preço por lote, no prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras aquisições de INSUMOS E PADRÕES DE CALIBRAÇÃO necessários ao monitoramento da qualidade da água realizado nos Laboratórios Simplificados das Estações de Tratamento de Água (ETAs) do interior do estado, por meio de análises Físico-Químicas em amostras de água coletadas nas diversas etapas do tratamento da água em Unidades Operacionais mantidas pela Companhia de Saneamento de Sergipe DESO.

Página 3 de 3

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SCSA-TNHD-TVBN-IWV2



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/07/2023 é(são) :

- Carlos Eduardo Oliveira Santos - 24/07/2023 16:24:01