

PREGÃO ELETRÔNICO 072/2024

Processo Administrativo 11136/2024

ESCLARECIMENTO 1

Dúvida: LOTE 8

item 08.01, favor informar se aceitarão um produto que não seja aprovado pelo U.S.Environmental Protection Agency | US EPA para as Matrizes de águas tratada (Water), água Bruta (Ambiental Water)e para Esgoto (Wastewater).

Resposta:

O produto ofertado deve observar métodos que atendam às exigências do art. 22 da Portaria de Consolidação nº888/2021 do Ministério da Saúde, tais como:

I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições AmericanPublic Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water EnvironmentFederation (WEF);

II - United States Environmental Protection Agency (USEPA);

III - Normas publicadas pela International Standartization Organization (ISO);

IV - Metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Atenciosamente,

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro