

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 6849/2024-DESO, Datada de: 21/10/2024.

Unidade: COORDENAÇÃO DE QUALIDADE DE PRODUTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DESO

Assunto: SL 455/2024 - Aquisições de equipamentos analíticos destinado ao Laboratório Central

Página 1 de 1

Atesto para os devidos fins que as Empresas arrematantes dos LOTES 01 e 03 (Hexis Científica), 02,04,05,08,09 e 10 (Scientifica Souza), 07 (Life Comércio de Equipamento Eletrônico) e 11 (Superlab Produtos Científicos LTDA) que as respectivas propostas estão de acordo com as especificações do edital.

A proposta encaminhada da empresa HOLD SCIENTIFIC arrematante do LOTE 06 não está em conformidade com as especificações solicitada no edital:

Especificações solicitadas:

Resolução de tela de 2960 x 1848 pixels;

Capacidade da bateria de 11200 mAh (ou superior).

Especificações ofertadas :

Resolução de tela de 1800 x 2880 pixels;

Capacidade da bateria de 10000 mAh (ou superior).

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE

Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Ednilson Jose da Silva
Coordenador(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XADS-ICLC-TNLF-N5BB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/10/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Ednilson Jose da Silva - 21/10/2024 15:38:20 (Docflow)