

PREGÃO ELETRÔNICO 050/2016
Processo Administrativo nº 56918/2016

ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL

Dúvida: No caso das vidrarias solicitadas no referido Edital, Solicita-se que as mesmas sejam de (CLASSE A conforme norma DIN EM ISO 4788 com certificação do Lote).

1º Gostaríamos de saber qual o critério de aceitação que será seguido para certificação do Lote?

Obs: (Pois, em prática muitas empresas importam a vidraria proveniente da china e de outros países e nacionaliza o produto como sua marca própria; E assim emitem certificação do Lote sem critério algum.)

2º Essa prática acima citada será aceita; Ou somente será aceito vidrarias onde o fabricante emite a certificação do Lote sendo comprovado através de ensaios vinculados a certificações do fabricante sendo ISO9000 onde se comprove a veracidade do certificado através de rastreabilidade NIST, CENAM, RBC Laboratórios de controle?

Resposta: O critério é que o CERTIFICADO possa ser rastreado e verificado a veracidade junto ao INMETRO.

Dúvida: Para que possamos atender a sua solicitação, peço que informe o modelo e Nº de série dos equipamentos que serão utilizados os filtros, itens do lote 01: 52,55 e 56.

Resposta: A descrição dos itens 52, 55 e 56 do Anexo I do Edital é suficiente para identificação dos modelos dos equipamentos. No entanto, disponibilizamos: NIS10071502001001 MOD. MASTER P&D, OS10LX e BG50 EZ.

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro - DESO