

PREGÃO ELETRÔNICO 081/2017

Processo Administrativo nº 86942/2017

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - Nº 01

Dúvidas:

1 - No anexo de instruções no 7.6 e 8.3 do edital, informa que:

"O serviço de calibração dos equipamentos deverá ser realizado nas dependências da DESO em Aracaju - Sergipe e as despesas de locomoção do técnico deverão estar incluídas nas propostas."

Para os lotes 1 e 2, este serviço precisa ser realizado em sala própria por empresa acreditada, não pode ser feito em loco conforme consta nas especificações do edital.

Questionamos se para os lotes informados, podemos considerar custos de envio e retorno do material e ofertar proposta, realizando calibração em nossa Unidade.

2 - No item 8.3 também informa que deve ser considerada pelo menos duas calibrações para cada equipamento. Na tabela de relações de equipamentos, alguns estão com quantitativo 2 e outros 1 e 4. Este quantitativo é o número de manutenção/calibração a ser realizada em cada equipamento?

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor Giovani Silva - GCVQ/DESO.

Quanto ao Pedido de Esclarecimento da Licitante relativo ao Anexo de Instruções no 7.6 e 8.3 do Edital do Pregão nº 081/2017, temos a informar que a DESO vai manter as condições constantes do Edital. Para tanto, ela vai disponibilizar uma sala climatizada para a execução dos serviços a que se propõe e, ainda, ratificamos os quantitativos do Edital.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Góis
Pregoeiro-DESO