

PREGÃO ELETRÔNICO 106/2018
Processo Administrativo Nº 92210/2018

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 02

DÚVIDAS:

ESCLARECIMENTO PARA O LOTE 05:

FRASCO PARA REAGENTES, QUAL É A CAPACIDADE DO FRASCO ?

RESPOSTA:

DA ÁREA TÉCNICA DA DESO - CQPE/GCVQ/DESO.

LEIA-SE: ITEM 005.003 – FRASCO AMBAR PARA REAGENTES FOTOSSENSÍVEIS EM VIDRO BOROSSILICATO, TAMPA ROSCA PADRÃO GL, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DURAN R. ROSCA SEGUNDO DIN4796 E ANEL CORTA GOTAS EM PP AZUL .SUPERFÍCIE DE APOIO COM RELEVO QUE CONFERE GRANDE RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. POSSUI GRADUAÇÃO E CAMPO PARA ROTULAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. CAPACIDADE 100 ML.

LEIA-SE: ITEM 005.004 – FRASCO RETANGULAR PARA COLETA DE ÁGUA 2000ML: FRASCO EM POLIETILENO PARA COLETA DE ÁGUA, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 2 LITROS, COM TAMPA DE ROSCA, VEDAÇÃO INTERNA, GRADUADO BOCA LARGA. CORPO TRANSLÚCIDO GRADUADO DE 50 ML ATÉ 2 LITROS.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro - DESO