

ERRATA I
PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018
Processo Administrativo 78721/2018

Comunicamos aos interessados que fica alterada a redação nas especificações técnicas nos equipamentos item "4.4 do edital, itens 4.4.1 e 4.4.2, pertencentes ao Pregão Eletrônico de Registro de Preço, pelo menor preço por lote, no prazo de 12(doze) meses, para eventual e futura aquisição de hidrômetros para suprir as necessidades das unidades comerciais da Companhia de Saneamento de Sergipe Deso conforme abaixo.

Dessa forma, onde se lê:

4.4.1—Hidrômetro multijato ou unijato DN 40 (1 ½') Qn. 10 m³/h, para água fria com transmissão magnética, **classe metrológica C** na horizontal, relojoaria plana ou 45°, com conexões;

4.4.2 – Hidrômetro multijato ou unijato DN 50 (2') Qn 15 m³/h, para água fria com transmissão magnética, comprimento de 270 mm com conexões, **classe metrológica C** na horizontal, relojoaria plana ou 45°.

Leia-se:

4.4.1—Hidrômetro multijato ou unijato DN 40 (1 ½') Qn. 10 m³/h, para água fria com transmissão magnética, **classe metrológica B** na horizontal, relojoaria plana ou 45°, com conexões;

4.4.2 – Hidrômetro multijato ou unijato DN 50 (2') Qn 15 m³/h, para água fria com transmissão magnética, comprimento de 270 mm com conexões, **classe metrológica B** na horizontal, relojoaria plana ou 45°.

Dê-se ciência da presente ERRATA a todos os interessados.

Aracaju/SE, 20 de dezembro de 2018


Genival Almeida Santos

5.0.04.01/CHID-Coordenação de Hidrometria