

PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018
Processo Administrativo Nº 78721/2018

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

DÚVIDAS:

1 - Para fins de formação de preços, a DESO é contribuinte ou não de ICMS?

RESPOSTA:

Sim, mas a DESO é isenta.

2 - No item [10.1.8.2](#) menciona que os medidores serão testados, e um dos testes é de IDM. Sabendo que o teste de IDM é aplicado para medidores até 5m³/hora, e os solicitados no edital ultrapassam esta vazão, podemos desconsiderar esta solicitação?

RESPOSTA:

Sim, obedecendo as normas vigentes.

3 - Como o valor estimado nesta licitação está orçado em aproximadamente R\$ 1.886.050,00, podemos considerar que esta licitação é de ampla concorrência, ou seja, para empresas de todo o porte além da micro empresa e de empresa de pequeno porte?

RESPOSTA:

Sim.

4 - Na planilha anexa no Anexo I menciona que os medidores a serem cotados são classe B (pág. 39) porém no Termo de Referência item 4.4.1 e 4.4.2 mencionam que deverão ser cotados classe C. Podemos considerar que os medidores a serem cotados deverão ser classe B devido valor estimado para cada um dos itens?

RESPOSTA:

Sim, considerar como classe B, emitiremos ERRATA 01 e será divulgado no Site da DESO e Banco do Brasil.

PEDRO GILMAR DE GOIS
Pregoeiro - DESO