

PREGÃO ELETRÔNICO 057/2019

Processo Administrativo Nº 69446/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 04

Com relação ao **lote 13**.

Na especificação do lote é citado “Acompanha Certificado de Análise da Beacon Analytical Systems Inc.”

Pergunta: Será aceito outra marca de kit com desempenho superior, marca Abraxis?

RESPOSTA:

Pode apresentar outra marca desde que seja com as características escritas no lote e acompanhe Certificados rastreáveis como da empresa Beacon Analytical Systems Inc. e que atenda os lotes 13.01; 13.02 e 13.03 da mesma marca.

Atenciosamente,

Wilma Penna Calasans
Pregoeira (79) 3226 1138