

PREGÃO ELETRÔNICO 071/2019
Processo Administrativo nº 55743/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: LOTE 1 – ITEM 1

A faixa de medição de nosso eletrodo é de 0 a 12 PH. O mesmo será aceito?

Resposta: NÃO. A faixa de medição dos eletrodos deverá ser de 0 a 14pH, conforme o Termo de Referência.

Dúvida: LOTE 3 - ITEM 3

O reagente que acompanha o colorímetro é o mesmo de cloro total conforme edital ou houve um erro de digitação pois o comum é utilizar o reagente de cloro livre.

Resposta: SIM. HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO.

Onde se lê "...reagente em pó para 250 análises de cloro total e dispensador swifttest para dosagem do reagente."

Leia-se "...reagente em pó para 250 análises de cloro livre e dispensador swifttest para dosagem do reagente.

WAGNEVALTER TELES BARRETO
Pregoeiro