

PREGÃO ELETRÔNICO 087/2019

Processo Administrativo Nº 84646/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - Nº 01.

DÚVIDA 01:

Referente ao o lote 02 do pregao 087 , item DESTILADOR DE AGUA, na descrição está solicitado cúpula de vidro e duas resistências para acompanhar cada destilador, no caso existe apenas uma empresa que fábrica esse destilador com cúpula em vidro, porém o valor de referência está totalmente fora de mercado para esse destilador, gostaríamos de saber se será aceito DESTILADOR COM TAMPA EM INOX, mantendo todas as outras características, sendo que também será fornecido as resistências sobressalentes.

RESPOSTA:

O equipamento destilador pode ser com cúpula de vidro ou com tampa inox, desde que mantenha as demais características.

DÚVIDA 02:

Está sendo solicitado 02 resistências para cada destilador ou duas resistências no total, pois estamos achando que é muita resistência.

RESPOSTA:

O equipamento precisa de resistências de reserva, para quando queimar seja substituída de imediato, sem que traga prejuízo para o laboratório de análises das Estações de Tratamento de Água e o não cumprimento da legislação vigente por falta de água destilada.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO-DESO