

**PREGÃO ELETRÔNICO 116/2019**

**Processo Administrativo nº 107780/2019**

**ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01**

**DÚVIDAS:**

**LOTES: 01, 02, 03**

1- No item 10.2 (página 6 do termo de referência) é exigido que a calibração dos medidores seja realizada nas velocidades de 0,3; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 m/s.

Como em sistemas de distribuição de água, dificilmente as velocidades superam os 4m/s e, levando em consideração que para os medidores eletromagnéticos de vazão, o crítico seria medir as velocidades mais baixas, indagamos: Serão aceitos certificados de calibração em velocidades de até 4m/s sendo que os pontos de velocidade poderão ser acordados entre a DESO e o fornecedor?

**RESPOSTA:**

Considerando as alegações da licitante, e contato que a quantidade das calibrações sejam a mesma, poderão ser aceitas ensaios de calibração em velocidades menores previamente acordadas entre a DESO e o fornecedor.

**PEDRO GILMAR DE GOIS**  
Pregoeiro - DESO