

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021

Processo Administrativo nº 93258/2020

ESCLARECIMENTOS Nº 01

Dúvida:

Pedimos um esclarecimento referente ao item 02.01 do lote 2, do Pregão Eletrônico 10/2021, realizado no Portal do Banco do Brasil sob nº 853268, questionamos se há a justificativa técnica para o item da marca citada no pregão, ou serão aceitos outros equipamentos? Caso sejam aceitos, as faixas baixa (0,02 à 2,0 mg/L) e alta (0,1 à 8,00 mg/L) , como dito no edital, são exclusivas de tal fabricante, sendo assim, para a oferta de outro modelos, as faixas estariam próximas, até mesmo mais abrangentes, mas não seriam iguais.

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor da GCVQ/DESO, informo que todos os equipamentos que sejam compatíveis com as especificações técnicas descritas no Item (02.01) serão aceito pela Companhia de Saneamento de Sergipe.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro - DESO