

**PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021**

**Processo Administrativo nº 93258/2020**

**ESCLARECIMENTOS Nº 02**

**Dúvidas:**

Segue resposta do Gestor da GCVQ/DESO.

**Item 11.01 – CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES:**

- Quais as dimensões da base (módulo inferior)?

**RESPOSTA:**

As dimensões do modulo inferior da Capela de exaustão do item 11.01 estão compreendidos em 900 x 1800 x 800mm (altura, largura e profundidade) respectivamente.

**Item 11.03 – CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES:**

- Quais as dimensões da capela (largura x altura x profundidade)?

**RESPOSTA:**

As dimensões da Capela de exaustão estão compreendidos em 1.700 x 1000 x 800 mm (altura, largura e profundidade), respectivamente.

- O equipamento deverá ter base inferior (módulo inferior)?

**RESPOSTA:**

A mesma possuirá base inferior (modulo inferior). As suas respectivas dimensões são 900 x 1000 x 800mm (altura, largura e profundidade), respectivamente.

**Atenciosamente,**

**Pedro Gilmar de Gois**  
**Pregoeiro - DESO**