

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021
Processo Administrativo nº 93258/2020

ESCLARECIMENTOS SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03

Dúvida: O Edital contém vício logo em seu Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório em voga (vide pág 11 Termo de Referência), o vício apresentado está no item 02.04 conforme abaixo plasmado em destaque. A nomenclatura utilizada para o item 02.04 assim descreve: "COLORÍMETRO DM-COR PORTÁTIL" porém conforme destacado a determinação DM-COR indica marca e modelo o que configura direcionamento ilegal e restrição no que tange a Ampla Concorrência.

Resposta: Informamos que a Descrição que consta no LOTE 02, ITEM 02.04 "COLORIMETRO DM-COR PORTÁTIL", trata-se apenas como referência a um equipamento para determinação de "COR APARENTE" portátil, Importando somente o que está escrito na sua especificação técnica independentemente da "marca Digimed modelo DM-COR".

A Cia de Saneamento de Sergipe - DESO, aceitará quaisquer equipamento de marca ou modelo desde que atenda às especificações técnicas descritas no LOTE 02, ITEM 02.04 "COLORIMETRO DM-COR PORTÁTIL" e no Edital em geral.

WAGNEVALTER TELES BARRETO
Pregoeiro